



Лист технічних даних
Abdos Labtech Pvt. Ltd.

**Наконечники піпеток з фільтром (низьке утримання останньої краплі),
Навалом у повторно герметизованому пакеті PP**

Дійсно для кат. № P11050, P11051, P11052, P11053, P11054, P11055, P11056

1. Опис/Специфікація

1.1 Опис: Одноразові наконечники мікропіпеток PP, не містять ДНКаз, РНКаз, людської ДНК, АТФ і пірогенів, сертифіковано РЄ

1.2 Технічне виконання:

1.2.1 Відкрита циліндрична верхня і конічна вершина з отвором для дозування рідини. Точна градувальна мітка для безпомилкового піпетування

1.3 Експлуатаційні характеристики:

Код	Об'єм	Колір	Кількість в упаковці
P11050	0.2-10 µl (градувані)	Безбарвні	1000
P11051	0.2-10 µl подовжені (градувані)	Безбарвні	1000
P11052	2-20 µl (скошені градувані)	Безбарвні	1000
P11053	2-100 µl (скошені градувані)	Безбарвні	1000
P11054	2-200 µl (скошені градувані)	Безбарвні	1000
P11055	2 – 300 µl (градувані)	Безбарвні	1000
P11056	100-1000	Безбарвні	500

1.3.2 Відповідність: Універсальні (докладніше див. таблицю сумісності)

1.4 Матеріал:

1.4.1 Поліпропілен (PP), Гідрофобні, відповідають FDA 21CFR США

1.4.2 Відповідає вимогам, встановленим статтею Регламенту (ЄС) № 1907/2006 та поправками до нього.

1.4.3 Відповідає вимогам Європейської Фармакопеї, 7-е видання (2011) та її доповненням 7.5 (07/2012), монографія 3.2.2 Пластикові контейнери та кришки для застосування у фармацевтичній галузі.

1.4.4 Продукт пройшов тестування ФСША, включаючи тести класу VI, і йому був



Лист технічних даних

присвоєний картотечний файл FDA Drug DMF 12123.

1.4.5 Матеріал успішно пройшов біологічні випробування відповідно до ISO 10993 Зовнішні комунікаційні пристрої для непрямого контакту з кров'ю протягом тривалого періоду часу.

1.4.6 Не містить важких металів відповідно до Директиви ELV 2000/53 / ЄС, ЄС CONEG і наступними поправками. Це означає безпечне використання в контакті з харчовими продуктами, фармацевтичними препаратами та питною водою.

1.5 Колір:

Колір наконечника- Безбарвний

1.6 Стерилізація

Каталожний номер для стерилізації з цієї партії був попередньо стерилізований і дозиметрично випущений на основі Вимог до стерилізації медичних виробів для валідаційного та звичайного контролю - Радіаційна стерилізація ANSI/AAMI / ISO 11137. Продукт був стерилізований гамма-випромінюванням Co-60.

1.7 Контроль якості:

Випробування різних характеристик відповідно до дійсної Специфікації

1.8 Інша інформація

Багаторазове використання, тільки бокс може бути автоклавований до 10 циклів.

Суперфільтр забезпечує запобігання аерозольному і рідинному просочуванню через піпетку, тим самим запобігаючи перехресне забруднення. Гідрофобний фільтр не містить добавок і не поглинає зразки.

Наконечники тільки для одноразового використання.

1.9 Основні характеристики

1.9.1 Матеріал виготовлення: Первинний поліпропілен (PP) високої чистоти

1.9.2 Діапазон температур: від -80 °C до + 121 °C протягом 20 хвилин

1.9.3 Здатність витримувати обробку автоклавуванням: Може бути автоклавований, але може втратити точність установки фільтрів

1.9.4 Хімічна резистентність: див. інформацію на веб-сайті

1.9.5 Утримання: Найкращі у своєму класі (З кислотними і основними барвниками)

Керівництво з автоклавування для пластикових матеріалів

Всі пластикові витратні матеріали автоклавуються при температурі 121 °C протягом 20 хвилин, 15 psi (фунтів на квадратний дюйм) / 1 атм. Не використовуйте сухий цикл, оскільки це може призвести до деформації або ослабленню пластика. Перед видаленням продукту дозвольте температурі всередині автоклава повернутися принаймні до 50 °C.



Shiv Ganga Industrial Estate,
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія
Сертифіковано ISO 9001 & 13485
Підрозділ Abdos


Зареєстрований офіс:
13A, Government Place (East)
Колката – 700069, Індія
Код ІН : U85100WB2008PTC123903

Тлф : +91 (0) 1332 235277
E-mail : labtech@abdosindia.com
Web: www.abdoslifesciences.com

Лист технічних даних

/підпис/
Відповідальний за гарантію якості
Abdos Labtech Pvy. Ltd.

Кругла печатка: / ABDOS LABTECH PVY. LTD., ROORKEE/



ABDOS 

Shiv Ganga Industrial Estate,
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія
Сертифіковано ISO 9001 & 13485
Підрозділ Abdos

Зареєстрований офіс:
13A, Government Place (East)
Колката – 700069, Індія
Код ІН : U85100WB2008PTC123903

Тлф : +91 (0) 1332 235277
E-mail : labtech@abdosindia.com
Web: www.abdoslifesciences.com