

Лист технічних даних

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:
ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬФАМЕД»
У ФОРМІ МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
65007 Одеса, вул. Мечникова, буд. №51, кв. 77
Тел./Факс: +380 48 705 32 68, info@alfamed.od.ua



Док.№ – Ab/TDS/LN-55-I
Версія №: 02

Лист технічних даних

Abdos Labtech Pvt. Ltd.

Наконечники піпеток, об'ємні, PP

Дійсно для кат. № P10115, P10137, P10129, P10130, P10101, P10105, P10138, P10102, P10106, P10144, P10145

1. Опис/Специфікація

1.1 Опис: Одноразові наконечники мікропіпеток PP, не містять ДНКаз, РНКаз, і пірогенів, сертифіковано РЄ

1.2 Технічне виконання:

1.2.1 Відкрита циліндрична верхня і конічна вершина з отвором для дозування рідини.

1.3 Експлуатаційні характеристики:

Код	Об'єм	Колір	Кількість на контейнер
P10115	0.2-10 µl (градузовані)	Безбарвні	1000
P10137	0.2-10 µl подовжені (градузовані)	Безбарвні	1000
P10129	2-200 µl (скошені, градузовані)	Жовті	1000
P10130	2-200 µl (скошені, градузовані)	Безбарвні	1000
P10101	2-200 µl (ультра точні отвори наконечника)	Жовті	1000
P10105	2-200 µl (ультра точні отвори наконечника	Безбарвні	1000
P10138	2 – 300 µl (градузовані)	Безбарвні	1000
P10102	100-1000 µl	Сині	500
P10106	100-1000 µl	Безбарвні	500
P10144	1 – 5 мл (градузовані)	Безбарвні	100
P10145	1 – 10 мл (градузовані)	Безбарвні	100

1.3.2 Відповідність: Універсальні (докладніше див. таблицю сумісності)

1.4 Матеріал:

1.4.1 Поліпропілен (PP), Гідрофобний

1.4.2 Цей матеріал відповідає критеріям Регламенту FDA 21 CFR 177.1520. олефінові полімери.



Shiv Ganga Industrial Estate,
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія
Сертифіковано ISO 9001 & 13485
Підрозділ Abdos

Зареєстрований офіс:
13A, Government Place (East)
Колката – 700069, Індія
Код ІН : U85100WB2008PTC123903

Тлф : +91 (0) 1332 235277
E-mail : labtech@abdosindia.com
Web: www.abdoslifesciences.com

Лист технічних даних

1.4.3 Не містить важких металів відповідно до Директиви ELV 2000/53 / ЄС і наступним поправкам.

1.4.4 Цей матеріал використовується для всіх пристроїв діагностики (медичні прилади класу 1) відповідно до вимог Директиви 93/42.

1.5 Колір:

Колір наконечника- Безбарвний, жовтий і синій

1.6 Стерилізація: Каталожний номер для стерилізації з цієї партії був попередньо стерилізований і дозиметрично випущений на основі Вимог до стерилізації медичних виробів для валідаційного та звичайного контролю - Радіаційна стерилізація ANSI/AAMI / ISO 11137. Продукт був стерилізований гамма-випромінюванням Co-60.

1.7 Контроль якості:

Випробування різних характеристик відповідно до дійсної Специфікації

1.8 Інша інформація

Багаторазове використання, тільки бокс може бути автоклавований до 10 циклів..
Наконечники тільки для одноразового використання.

1.9 Основні характеристики

1.9.1 Матеріал виготовлення: Первинний поліпропілен (PP) високої чистоти

1.9.2 Діапазон температур: від -90°C до $+121^{\circ}\text{C}$ протягом 20 хвилин

1.9.3 Здатність витримувати обробку автоклавуванням: **ТАК**, може бути автоклавований при 15 psi і температурі 121°C протягом 20 хвилин

1.9.4 Хімічна резистентність: див. інформацію на веб-сайті

1.9.5 Утримання: Найкращі у своєму класі (З кислотними і основними барвниками)

Керівництво з автоклавування для пластикових матеріалів

Всі пластикові витратні матеріали автоклавуються при температурі 121°C протягом 20 хвилин, 15 psi (фунтів на квадратний дюйм) / 1 атм. Не використовуйте сухий цикл, оскільки це може призвести до деформації або ослабленню пластика. Перед видаленням продукту дозвольте температурі всередині автоклава повернутися принаймні до 50°C .



Shiv Ganga Industrial Estate,
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія
Сертифіковано ISO 9001 & 13485
Підрозділ Abdos

Зареєстрований офіс:
13A, Government Place (East)
Колката – 700069, Індія
Код ІН : U85100WB2008PTC123903

Тлф : +91 (0) 1332 235277
E-mail : labtech@abdosindia.com
Web: www.abdoslifesciences.com

Лист технічних даних

/підпис/
Відповідальний за гарантію якості
Abdos Labtech Pvy. Ltd.

Кругла печатка: / ABDOS LABTECH PVY. LTD., ROORKEE/



Shiv Ganga Industrial Estate,
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія
Сертифіковано ISO 9001 & 13485
Підрозділ Abdos

Зареєстрований офіс:
13A, Government Place (East)
Колката – 700069, Індія
Код ІН : U85100WB2008PTC123903

Тлф : +91 (0) 1332 235277
E-mail : labtech@abdosindia.com
Web: www.abdoslifesciences.com