

Лист технічних даних

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:
ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬФАМЕД»
У ФОРМІ МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
65007 Одеса, вул. Мечникова, буд. №51, кв. 77
Тел./Факс: +380 48 705 32 68, info@alfamed.od.ua



Док.№ – Ab/TDS/RB-45
Версія №: 01

Лист технічних даних Abdos Labtech Pvt. Ltd.

Штативи для тест-пробірки, поліпропіленові POLYGRID

Дійсно для кат. № P20716, P20717, P20718

1. Опис/Специфікація

1.1 Опис:

Штативи для тест-пробірки поліпропіленові POLYGRID

1.1.1 Ці штативи для тест-пробірок поліпропіленові POLYGRID використовуються для зберігання пробірок великої ємності, склянок і флаконів.

1.2 Технічне виконання:

1.2.1 Штативи з ергономічним дизайном для зручного користування мають точну шкалу і флакони

1.3 Експлуатаційні характеристики:

Код	Діаметр пробірки (мм)	Кількість місць	Д х Ш х В (мм)	Кількість на контейнер
P20716	13	90	248x116x64	4
P20717	17	60	245x118x70	4
P20718	21	40	248x116x70	4

1.4 Матеріал:

1.4.2 Відповідає вимогам Європейської Фармакопеї, 7-е видання (2011) та її доповненням 7.5 (07/2012), монографія 3.2.2 Пластикові контейнери та кришки для застосування у фармацевтичній галузі.

1.4.3 Відповідає вимогам Європейської Фармакопеї, 7-е видання (2011) та її доповненням 7.5 (07/2012), монографія 3.2.2 Пластикові контейнери та кришки для застосування у фармацевтичній галузі.

1.4.4 Продукт пройшов тестування ФСША, включаючи тести класу VI, і йому був присвоєний картотечний файл FDA Drug DMF 12123.



Shiv Ganga Industrial Estate,
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія
Сертифіковано ISO 9001 & 13485
Підрозділ Abdos

Зареєстрований офіс:
13A, Government Place (East)
Колката – 700069, Індія
Код ІН : U85100WB2008PTC123903

Тлф : +91 (0) 1332 235277
E-mail : labtech@abdosindia.com
Web: www.abdoslifesciences.com

Лист технічних даних

1.4.5 Матеріал успішно пройшов біологічні випробування відповідно до ISO 10993 Зовнішні комунікаційні пристрої для непрямого контакту з кров'ю протягом тривалого періоду часу.

1.5 Колір: Білий, синій

1.6 Стерилізація: Каталожний номер для стерилізації з цієї партії був попередньо стерилізований і дозиметрично випущений на основі Вимог до стерилізації медичних виробів для валідаційного та звичайного контролю - Радіаційна стерилізація ANSI/AAMI / ISO 11137. Продукт був стерилізований гамма-випромінюванням Co-60.

1.7 Контроль якості:

Не містять ДНКаз, РНКаз і пірогенів

Випробування різних характеристик відповідно до дійсної Специфікації

1.8 Інша інформація

Багаторазові, можуть використовуватися в широкому діапазоні температур.

1.9 Основні характеристики

1.9.1 Діапазон температур: від -20 °C до + 121 °C

1.9.2 Здатність витримувати обробку автоклавуванням: ТАК, може бути автоклавований при 15 psi і температурі 121 °C протягом 20 хвилин

1.9.4 Хімічна резистентність: див. інформацію на веб-сайті

Керівництво з автоклавування для пластикових матеріалів

Всі пластикові витратні матеріали автоклавуються при температурі 121 °C протягом 20 хвилин, 15 psi (фунтів на квадратний дюйм) / 1 атм. Не використовуйте сухий цикл, оскільки це може призвести до деформації або ослабленню пластика. Перед видаленням продукту дозвольте температурі всередині автоклава повернутися принаймні до 50 °C.

/підпис/

Відповідальний за гарантію якості
Abdos Labtech Pvy. Ltd.

Кругла печатка: / ABDOS LABTECH PVY. LTD., ROORKEE/



Shiv Ganga Industrial Estate,
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія
Сертифіковано ISO 9001 & 13485
Підрозділ Abdos

Зареєстрований офіс:
13A, Government Place (East)
Колката – 700069, Індія
Код ІН : U85100WB2008PTC123903

Тлф : +91 (0) 1332 235277
E-mail : labtech@abdosindia.com
Web: www.abdoslifesciences.com